



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 декабря 2019 года № РЗН 2019/9343

На медицинское изделие
Катетер для атерэктомии Jetstream

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
**"Бостон Сайентифик Корпорейшн", США,
Boston Scientific Corporation, 300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752,
USA**

Производитель
**"Бостон Сайентифик Корпорейшн", США,
Boston Scientific Corporation, 300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752,
USA**

Место производства медицинского изделия
**Boston Scientific Limited, Business & Technology Park, Model Farm Road, Cork,
Ireland**

Номер регистрационного досье № РД-28328/44847 от 26.07.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 06 декабря 2019 года № 9220
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0045749



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 декабря 2019 года № РЗН 2019/9343

Лист 1

На медицинское изделие

Катетер для атерэктомии Jetstream, варианты исполнения:

1. Катетер для атерэктомии Jetstream SC, диаметр кончика: 1.6 мм, 1.85 мм, диаметр катетера 7 F (2.33 мм), длина катетера 145 см.
2. Катетер для атерэктомии Jetstream XC, диаметр кончика 3.0 - 2.1 мм, 3.4 - 2.4 мм, диаметр катетера 7 F (2.47 мм), длина катетера: 120 см, 135 см.

✍

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0064652