



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 января 2022 года № ФСЗ 2009/05402

На медицинское изделие  
**Наборы для дренирования полостей**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
"Смитс Медикал АСД Инк.", США,  
Smiths Medical ASD Inc., 6000 Nathan Lane North, Minneapolis,  
Minnesota. 55442 USA

Производитель  
"Смитс Медикал АСД Инк.", США,  
Smiths Medical ASD Inc., 6000 Nathan Lane North, Minneapolis,  
Minnesota. 55442 USA

Место производства медицинского изделия  
**см.приложение**

Номер регистрационного досье № РД-46975/94519 от 19.01.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **32.50.13.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 26 января 2022 года № 438  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.  
**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

**0061227**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 января 2022 года

№ ФСЗ 2009/05402

Лист 1

На медицинское изделие

**Наборы для дренирования полостей:**

1. Набор для дренажа плевральной полости:

- проводник;
- мешок с дренажной трубкой;
- шприц;
- скальпель;
- крепежная лента.

2. Набор для дренажа плевральной полости по Сельдингеру:

- скальпель;
- шприц;
- игла интродьюсера;
- проводник с J-образным кончиком и интродьюсер;
- дилататор;
- плевральный катетер со стилетом;
- трехходовой четырехпозиционный краник;
- мембранный клапан с male-коннектором типа Луер;
- конусный коннектор.

Место производства:

1. Smiths Medical International Ltd, 52 Grayshill Road, Westfield Industrial Estate, Cumbernauld, Glasgow, G68 9HQ, United Kingdom.
2. Smiths Healthcare Manufacturing SA de CV, Carretera Miguel Aleman Km 21.7, Parque Industrial Monterrey, Apodaca NL CP 66603, Mexico.

Z

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0095634