



**Выписка**  
**из Государственного реестра медицинских изделий и организаций**  
**(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и**  
**изготовление медицинских изделий, по состоянию на 01:51 27.07.2026 г.**

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 202343;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 132829;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2016/4754 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02933543);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 16.09.2016;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 24.07.2026;
7. Период действия версии: с 24.07.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE для сосудистых вмешательств

в вариантах исполнения:

**II. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M:**

1. RF\*GA35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA35188M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA35263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA38153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GB35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GE35185M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GE35188M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GR35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или

[illegible]

[illegible]

[illegible]



RF+PA35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA35263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PA35263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA38153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PA38153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA38183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PA38183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA38263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PA38263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS25153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS25153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS25263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS25263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS35083M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS35083M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS35263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS35263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS38083M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS38083M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS38153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS38153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS38183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS38183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M.

## 2. Эксплуатационная документация.

### II. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой:

1. RG\*GA1218SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GE1218SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GJ1218SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GW1218SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GA1618SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GA1618FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GE1618FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GW1618FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GV1618SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GA1220SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GE1220SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GJ1220SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или

RG\*GW1220SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GA1620FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GE1620FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GJ1620FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GW1620FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой.

2. Эксплуатационная документация.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРУМО РУС";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. 7/17;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. 7/17;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Terumo Corporation (Терумо Корпорейшн);

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, Japan;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, Japan;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Япония;

17. ОКП/ОКПД2: 32.50.13.110;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 3;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Проводник RADIFOCUS GUIDE WIRE предназначен для проведения катетера к месту локализации поражения при диагностических и интервенционных процедурах.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских

изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 177900;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: 1. Terumo Corporation (Терумо Корпорейшн), Ashitaka Plant, 150, Maimaigi-cho, Fujinomiya-shi, Shizuoka, 418-0015, Japan. 2. TERUMO VIETNAM CO., LTD., Lot 44A-44B-44C, Quang Minh Industrial Zone, Chi Dong Town, Me Linh District, Hanoi City, Vietnam;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

| Код вида | Наименование модели                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 1. RF*GA35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M.  |
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 2. RF*GA35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M.  |
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 3. RF*GA35188M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M.  |
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 4. RF*GA35263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M.  |
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 5. RF*GA38153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M.  |
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 6. RF*GB35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M.  |
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 7. RF*GE35185M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M.  |
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 8. RF*GE35188M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M.  |
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 9. RF*GR35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M.  |
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 10. RF*GS35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M. |
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 11. RF*HN35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M. |
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 12. RF*HR35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M. |
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 13. RF*HR35303M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M. |
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 14. RF*PA35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M. |
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 15. RF*PA35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M. |
| 177900   | I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M: 16. RF*PA35188M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M. |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

|        |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177900 | II. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой: 7.<br>RG*GE1618FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой.  |
| 177900 | II. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой: 8.<br>RG*GW1618FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой.  |
| 177900 | II. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой: 9.<br>RG*GV1618SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой.  |
| 177900 | II. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой: 10.<br>RG*GA1220SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой. |
| 177900 | II. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой: 11.<br>RG*GE1220SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой. |
| 177900 | II. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой: 12.<br>RG*GJ1220SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой. |
| 177900 | II. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой: 13.<br>RG*GW1220SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой. |
| 177900 | II. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой: 14.<br>RG*GA1620FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой. |
| 177900 | II. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой: 15.<br>RG*GE1620FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой. |
| 177900 | II. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой: 16.<br>RG*GJ1620FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой. |
| 177900 | II. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой: 17.<br>RG*GW1620FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой. |

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 марта 2024 года № РЗН 2024/22172

На медицинское изделие

**Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M для сосудистых вмешательств**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Терумо Рус"**

**(ООО "Терумо Рус"), Россия,**

**123112, Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт. 13, пом. I, ком. 5**

Производитель

**"ТЕРУМО ЮРОП Н.В.", Бельгия,**

**TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium**

Место производства медицинского изделия

**TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium**

Номер регистрационного досье № РД-58832/83980 от 03.11.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 7 листах

приказом Росздравнадзора от 06 марта 2024 года № 1195  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0078095**



## ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 марта 2024 года № РЗН 2024/22172

Лист 1

На медицинское изделие

**Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M для сосудистых вмешательств,**  
в составе:

1. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M для сосудистых вмешательств - 5 шт.,  
в вариантах исполнения:

1. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA18053M, стандартный,  
кончик изогнутый, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 50 см, длина гибкой части кончика  
3 см.

2. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA18153M, стандартный,  
кончик изогнутый, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика  
3 см.

3. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA18183M, стандартный,  
кончик изогнутый, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика  
3 см.

4. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA18223M, стандартный,  
кончик изогнутый, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 220 см, длина гибкой части кончика  
3 см.

5. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA18263M, стандартный,  
кончик изогнутый, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика  
3 см.

6. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA25053M, стандартный,  
кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 50 см, длина гибкой части кончика  
3 см.

7. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA25123M, стандартный,  
кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 120 см, длина гибкой части кончика  
3 см.

8. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA25153M, стандартный,  
кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика  
3 см.

9. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA25183M, стандартный,  
кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика  
3 см.

10. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA25263M, стандартный,  
кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика  
3 см.

11. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA32123M, стандартный,

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0139000**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 марта 2024 года № РЗН 2024/22172

Лист 2

кончик изогнутый, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 120 см, длина гибкой части кончика 3 см.

12. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA32153M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

13. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA32183M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

14. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA32263M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

15. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35053M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 50 см, длина гибкой части кончика 3 см.

16. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35083M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 80 см, длина гибкой части кончика 3 см.

17. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35123M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 120 см, длина гибкой части кончика 3 см.

18. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35151M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 1 см.

19. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35155M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 5 см.

20. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35158M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 8 см.

21. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35181M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 1 см.

22. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35223M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 220 см, длина гибкой части кончика 3 см.

23. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35261M, стандартный,

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0134198**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 марта 2024 года

№ РЗН 2024/22172

Лист 3

кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 1 см.

24. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35303M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 300 см, длина гибкой части кончика 3 см.

25. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA38151M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 1 см.

26. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA38183M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

27. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA38223M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 220 см, длина гибкой части кончика 3 см.

28. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA38263M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

29. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS18153M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

30. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS18183M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

31. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS18263M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

32. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS25123M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 120 см, длина гибкой части кончика 3 см.

33. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS25153M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

34. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS25183M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

35. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS25263M, стандартный,

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

**0134199**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 марта 2024 года

№ РЗН 2024/22172

Лист 4

кончик прямой, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

36. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS32123M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 120 см, длина гибкой части кончика 3 см.

37. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS32153M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

38. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS32183M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

39. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS32263M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

40. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35123M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 120 см, длина гибкой части кончика 3 см.

41. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35151M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 1 см.

42. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35155M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 5 см.

43. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35158M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 8 см.

44. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35181M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 1 см.

45. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35183M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

46. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35223M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 220 см, длина гибкой части кончика 3 см.

47. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35261M, стандартный,

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0134200**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 марта 2024 года

№ РЗН 2024/22172

Лист 5

кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 1 см.

48. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35263M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

49. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS38151M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 1 см.

50. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS38153M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

51. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS38183M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

52. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS38263M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

53. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA18153M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,020" (0,51 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

54. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA18263M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,020" (0,51 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

55. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA25153M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

56. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA25183M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

57. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA25263M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

58. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA35083M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 80 см, длина гибкой части кончика 3 см.

59. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA35151M, жесткий,

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0137301**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 марта 2024 года

№ РЗН 2024/22172

Лист 6

кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 1 см.

60. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA35263M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

61. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA35303M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 300 см, длина гибкой части кончика 3 см.

62. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA38153M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

63. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA38183M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

64. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA38263M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

65. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS25153M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

66. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS25263M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

67. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS35083M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 80 см, длина гибкой части кончика 3 см.

68. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS35153M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

69. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS35183M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

70. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS35263M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

71. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS35303M, жесткий,

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0137302**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 марта 2024 года

№ РЗН 2024/22172

Лист 7

кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 300 см, длина гибкой части кончика 3 см.

72. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS35453M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 450 см, длина гибкой части кончика 3 см.

73. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS38083M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 80 см, длина гибкой части кончика 3 см.

74. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS38153M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

75. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS38183M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

W

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0137303